

Groupe de produits: UBo4\_retracting\_exposing

les produits : U40-574-02 Levier à épaule Darrach, 12 mm, 26 cm

## Mode d'emploi UBo4 - Classe Ir

v3.0 FR

*Il s'agit d'une traduction de l'original en allemand*



Ulrich AG

Rue des Mouettes 12

9015 Saint-Gall

Suisse

Tél : +41 71 314 62 62

Télécopieur : +41 71 314 62 99

[www.ulrich-swiss.ch](http://www.ulrich-swiss.ch)

## Produits

Ce mode d'emploi est valable pour le groupe de produits des marques Ulrich, Surgimed ou Ulrich SilverLine énumérés ci-dessous :

UBo4\_retracting\_exposing la classe de risque Ir

## Destination

Les instruments chirurgicaux réutilisables à écarter sont destinés à écarter et à maintenir ouverts les orifices naturels ou créés par une intervention chirurgicale. La forme et la taille de ces instruments varient en fonction de leur utilisation.

La durée d'utilisation ininterrompue par intervention est inférieure à une heure.

## Indication

Ces instruments n'ont pas d'indication précise.

## Remarques importantes



Lisez attentivement ce mode d'emploi avant chaque utilisation et conservez-le à portée de main de l'utilisateur ou du personnel spécialisé concerné.



Lisez attentivement les avertissements signalés par ce symbole. Une utilisation inappropriée des produits peut entraîner des blessures graves pour le patient, l'utilisateur ou des tiers.

| Mode d'emploi UBo4_retracting_exposing |                                     | FR                                      | UBo4                                                     | Page 1 de 13 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| version :<br>3.0                       | Validité :<br>21.10..2024 jusqu'à - | Créé le :<br>18.10.2024 / Roger Klipfel | Validé par la Commission :<br>21.10.2024 / Martin Koller |              |

## Utilisation conforme à l'usage prévu

<i1> L'instrument doit être utilisé exclusivement pour l'usage auquel il est destiné dans les spécialités médicales par un personnel dûment formé et qualifié, comme par exemple les chirurgiens ou les médecins de spécialités similaires. Le médecin traitant ou l'utilisateur dûment formé est responsable du choix de l'instrument pour certaines applications ou pour l'utilisation opérationnelle, de la formation et de l'information appropriées ainsi que de l'expérience suffisante pour la manipulation de l'instrument.

Le type de traitement doit être déterminé au cas par cas par le chirurgien en collaboration avec l'interniste et l'anesthésiste.

## Environnement de l'application

L'environnement d'utilisation des instruments chirurgicaux est l'hôpital, la clinique, le dispensaire ou un établissement de santé similaire. Les instruments sont utilisés manuellement et peuvent être traités conformément aux instructions de retraitement. L'humidité qui apparaît pendant le processus de stérilisation n'affecte pas le fonctionnement des instruments.

## Contre-indication

<i2> L'instrument ne doit pas être utilisé en cas d'incompatibilité avec les matériaux utilisés.

Aucune autre contre-indication de l'instrument n'est connue. L'utilisation de l'instrument est contre-indiquée si, du point de vue du médecin responsable, une telle utilisation mettrait le patient en danger, par exemple en raison de l'état général du patient ou si la technique chirurgicale elle-même était contre-indiquée.

## Groupe de patients prévu

Il n'existe aucune restriction concernant l'utilisation de l'instrument chirurgical sur des groupes de patients spécifiques, à l'exception des restrictions mentionnées dans les contre-indications.

## Matériaux utilisés

Les instruments du groupe de produits UBo4\_retracting\_exposing sont composés des matériaux suivants, qui sont en contact direct avec le corps du patient :

- Acier inoxydable magnétisable

## Précautions et mises en garde



ATTENTION ! <i1>

L'instrument ne doit pas être spécifiquement destiné à la surveillance, au diagnostic, au contrôle ou à la correction d'un défaut du cœur ou du système circulatoire central en contact direct avec ces parties du corps et ne doit donc pas être utilisé uniquement pour une telle détermination.

| Mode d'emploi UBo4_retracting_exposing |                                     | FR                                      | UBo4                                                     | Page 2 de 13 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| version :<br>3.0                       | Validité :<br>21.10..2024 jusqu'à - | Créé le :<br>18.10.2024 / Roger Klipfel | Validé par la Commission :<br>21.10.2024 / Martin Koller |              |



ATTENTION ! <2>

L'instrument ne doit pas être spécifiquement destiné à un contact direct avec le cœur, le système circulatoire central ou le système nerveux central et ne doit donc pas être utilisé uniquement pour une telle détermination.



ATTENTION ! <3>



Les instruments marqués du symbole ci-contre sont livrés non stériles et doivent être entièrement nettoyés, désinfectés et stérilisés avant la première utilisation et avant chaque utilisation ultérieure.



ATTENTION ! <4>

"En cas de mauvaise utilisation (c'est-à-dire de mauvais positionnement), l'instrument peut ne pas remplir la fonction d'écartement ou ne la remplir que partiellement. Cela peut entraîner des retards inutiles pendant l'opération. De plus, l'instrument peut exercer une pression excessive sur les parties molles en raison d'un mauvais positionnement. Cela peut entraîner la formation d'hématomes. Il convient donc d'être particulièrement prudent lors du positionnement de l'instrument. Lors du positionnement de l'instrument, il faut veiller à ce que la surface d'écartement de l'instrument agisse si possible à angle droit sur les tissus du patient, de sorte que la pression à exercer s'exerce sur une surface aussi grande que possible".

"L'instrument peut blesser les patients ou les utilisateurs s'il est utilisé à des endroits non prévus à cet effet. Il convient donc d'être particulièrement prudent lors du positionnement de l'instrument pendant son utilisation".



ATTENTION ! <5>

Les instruments peuvent comporter des barrières, des mécanismes de fermeture, des arêtes vives et coupantes ou des éléments fonctionnels similaires. En cas d'utilisation inappropriée, l'utilisateur peut se coincer une partie du corps ou des vêtements. Il convient donc d'être particulièrement prudent lors de la manipulation des éléments fonctionnels correspondants.



ATTENTION ! <6>

Avant chaque utilisation, il faut vérifier que les instruments ne sont pas usés et qu'ils ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures ou des cassures. En outre, un test de fonctionnement doit être effectué afin de garantir une utilisation sûre.



ATTENTION ! <7>

Les instruments chirurgicaux ont été conçus uniquement pour un usage chirurgical et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins. Une manipulation et un entretien inappropriés ainsi qu'une utilisation non conforme peuvent entraîner une usure prématurée des instruments chirurgicaux.



ATTENTION ! <8>

Les modifications optiques du matériau, telles que la décoloration du matériau, peuvent entraîner des dommages au matériau, tels que des fissures, des cassures ou des surfaces poreuses.



ATTENTION ! <9>

| Mode d'emploi UB04_retracting_exposing |                                     | FR                                      | UB04                                                     | Page 3 de 13 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| version :<br>3.0                       | Validité :<br>21.10..2024 jusqu'à - | Créé le :<br>18.10.2024 / Roger Klipfel | Validé par la Commission :<br>21.10.2024 / Martin Koller |              |

Une manipulation inappropriée ou négligente (par ex. endommagement de la surface) et des attaques de nature chimique, électrochimique ou physique peuvent nuire à la résistance à la corrosion.



ATTENTION ! <10>

Les instruments chirurgicaux se corrodent et leur fonctionnement est altéré lorsqu'ils sont en contact avec des substances agressives. C'est pourquoi il est absolument nécessaire de suivre les instructions de traitement et de stérilisation.



ATTENTION ! <11>

Pour garantir un fonctionnement sûr des instruments chirurgicaux, il est indispensable d'entretenir correctement les produits. Pour cette raison, nous vous renvoyons aux sections correspondantes de ce mode d'emploi.



ATTENTION ! <12>

Tout incident grave survenu en rapport avec le produit doit être immédiatement signalé à Ulrich AG ainsi qu'à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur est établi.



ATTENTION ! <13>

L'instrument est en acier inoxydable magnétisable. Il ne doit donc pas être utilisé dans un environnement d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ou de résonance magnétique nucléaire.

## Risques et effets secondaires indésirables

Il n'y a pas d'autres risques ou effets secondaires indésirables connus.

## Dispositions générales d'entretien et contrôle du fonctionnement

<13> Il convient de vérifier le bon fonctionnement des instruments avant et après chaque utilisation, ainsi que l'absence de dommages superficiels. En cas de dommages, les instruments doivent être jetés ou envoyés au fabricant pour réparation.

Contrôler visuellement les instruments pour vérifier qu'ils ne sont pas contaminés ou que leur surface n'est pas altérée et qu'ils ne sont pas cassés.

Vérifier que l'instrument ne présente pas de traces de corrosion (p. ex. corrosion par piqûres).

Si des stries sont présentes, elles ne doivent pas être utilisées.

Si des stries atraumatiques sont présentes, vérifier la présence d'arêtes ou de bords tranchants.

S'il y a des raccords traversants ou des raccords à vis, vérifier qu'il n'y a pas de fissures de tension dans la partie terminale. Vérifier la régularité de la marche. Vérifier la présence de corrosion par frottement.

| Mode d'emploi UB04_retracting_exposing |                                     | FR                                      | UB04                                                     | Page 4 de 13 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| version :<br>3.0                       | Validité :<br>21.10..2024 jusqu'à - | Créé le :<br>18.10.2024 / Roger Klipfel | Validé par la Commission :<br>21.10.2024 / Martin Koller |              |

## Soins

Après utilisation, pré-nettoyer les instruments de manière interopérable afin d'éliminer les résidus de chlore ou de chlorure.

## Assemblage des instruments en plusieurs parties

<i4> Les instruments composés de plusieurs parties sont assemblés conformément au marquage présent sur l'instrument.



ATTENTION ! <i4>

Il faut veiller à n'assembler que les pièces prévues à cet effet. Aucune pièce ne faisant pas partie de l'instrument n'est autorisée.

## Accessoires

Les instruments peuvent être utilisés avec différents accessoires en fonction des besoins individuels.

En règle générale, il est interdit d'utiliser des accessoires ou des pièces de rechange d'autres fabricants pour les instruments. Seuls les accessoires et les pièces de rechange conformes aux prescriptions d'Ulrich AG sont autorisés pour l'utilisation.

## Stockage et transport

Les conditions environnementales suivantes doivent être respectées :

| Condition d'environnement    | Stockage                      | Transport                     | Utilisation                   |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Température ambiante :       | 6°C - + 32°C                  | -20°C - + 45°C                | 6°C - + 32°C                  |
| Humidité relative de l'air : | 30 - 60%<br>sans condensation | 30 - 60%<br>sans condensation | 30 - 60%<br>sans condensation |
| Pression atmosphérique :     | 500 - 1600 mbar               | 500 - 1600 mbar               | 500 - 1600 mbar               |

<i5> Conserver les instruments propres et secs.

Protéger les instruments contre les dommages mécaniques.

Stocker et transporter les instruments dans des récipients / emballages sûrs et fermés.

Manipuler les instruments avec le plus grand soin, ne pas les jeter ni les laisser tomber.

## Durée de vie

La durée de vie et le nombre de cycles de traitement dépendent du soin apporté à la manipulation du produit et du respect des instructions de traitement du produit. La durée de vie peut être réduite de manière non spécifique en fonction du type d'utilisation.

L'instrument est autorisé pour un maximum de 100 cycles de retraitement.

| Mode d'emploi UB04_retracting_exposing |                                     | FR                                      | UB04                                                     | Page 5 de 13 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| version :<br>3.0                       | Validité :<br>21.10..2024 jusqu'à - | Créé le :<br>18.10.2024 / Roger Klipfel | Validé par la Commission :<br>21.10.2024 / Martin Koller |              |

Après 100 utilisations, il est recommandé de renvoyer l'instrument au fabricant pour qu'il soit réparé/reconditionné afin de préserver sa valeur.

## Élimination

<i6> L'élimination se fait dans le cadre de l'élimination normale, appropriée et professionnelle des instruments chirurgicaux, à condition que les instruments aient subi l'ensemble du processus de retraitement avant leur élimination.

Si les instruments sont contaminés par des infections, il convient de respecter les décrets nationaux en vigueur.

| Mode d'emploi UBo4_retracting_exposing |                                     | FR                                      | UBo4                                                     | Page 6 de 13 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| version :<br>3.0                       | Validité :<br>21.10..2024 jusqu'à - | Créé le :<br>18.10.2024 / Roger Klipfel | Validé par la Commission :<br>21.10.2024 / Martin Koller |              |

## Procédure de traitement validée

<i7>

### Remarques générales

La procédure de retraitement est validée de telle sorte que les instruments doivent être soumis au pré-nettoyage au plus tard 2 heures après avoir été souillés par du sang.

La chimie indiquée a été utilisée pour la validation



ATTENTION ! <15>

Pour les patients atteints de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ), de suspicion de MCJ ou de variantes possibles, ainsi que pour les patients atteints d'une infection par le VIH, respecter les ordonnances nationales en vigueur concernant la préparation des produits. Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité en matière de réutilisation.



ATTENTION ! <16>

Il convient de noter que la réussite du retraitement de ce dispositif médical ne peut être garantie qu'après une validation préalable dans le processus de retraitement. La responsabilité en incombe à l'exploitant/au préparateur.



ATTENTION ! <17>

National

e respecter les prescriptions légales, les normes et directives nationales et internationales ainsi que ses propres prescriptions d'hygiène pour le retraitement.

Le laveur-désinfecteur doit en principe avoir une efficacité contrôlée (marquage CE et validation selon la norme DIN EN ISO 15883).

Le stérilisateur à la vapeur d'eau sous vide fractionné doit avoir une efficacité contrôlée (CE DIN EN 285 et validée selon la norme DIN EN ISO 17665).

La validation de la stérilisation a été effectuée pour les emballages souples (sachets de stérilisation de Steriking/ Wipak). Veuillez vous référer aux exigences de la norme "DIN EN ISO 11607 Emballages des dispositifs médicaux à stériliser au stade terminal".

Les exigences suivantes, spécifiques à chaque pays, s'appliquent entre autres à la stérilisation à la vapeur avec vide fractionné :

| Pays      | Température | Durée de détention |
|-----------|-------------|--------------------|
| Suisse    | 134° C      | 18 min             |
| France    | 134° C      | 18 min             |
| Autriche  | 134°C       | 5 min              |
| Allemagne | 134°C       | 5 min              |
| Italie    | 134°C       | 7 min              |

| Mode d'emploi UB04_retracting_exposing |                                     | FR                                      | UB04                                                     | Page 7 de 13 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| version :<br>3.0                       | Validité :<br>21.10..2024 jusqu'à - | Créé le :<br>18.10.2024 / Roger Klipfel | Validé par la Commission :<br>21.10.2024 / Martin Koller |              |

## Traitement initial sur le lieu d'utilisation

Avant la première utilisation, l'instrument chirurgical doit être soumis à un nettoyage, une désinfection et une stérilisation complets.

Sinon, aucune mesure particulière n'est nécessaire pour le traitement initial.

## Préparation avant le nettoyage

Retirer la saleté grossière des instruments immédiatement après l'application. Il convient de prêter une attention particulière aux caractéristiques d'exécution suivantes des instruments :

- Connecteur traversant
  - clôture de la vis
- raie traumatique
  - Écrou et raccord à visser
- Ressort à lames
  - SGRIP (matériau PPSU)
- pièce de pression à bille
  - ressort
- Matériau PEEK
  - carrefour
  - lumen

N'utilisez pas de produits fixants ou d'eau chaude (>40°), car cela entraîne la fixation des résidus et peut compromettre le succès du nettoyage.

<8> Le stockage et le transport des instruments vers le lieu de retraitement doivent se faire dans un récipient fermé afin d'éviter d'endommager les instruments et de contaminer l'environnement.

## Pré-nettoyage

Les processus de pré-nettoyage "pré-nettoyage manuel" et "nettoyage par ultrasons" ci-dessous sont nécessaires pour obtenir un résultat de nettoyage impeccable.

### trempage et pré-nettoyage manuel

Après l'utilisation, les instruments doivent être plongés pendant 15 minutes dans une solution désinfectante alcaline douce (p. ex. 2% deconex 53 Plus, Borer Chemie. Il convient d'utiliser de l'eau froide).

Toutes les impuretés visibles doivent être éliminées à l'aide d'une éponge ou d'une brosse douce (p. ex. Brosse à instruments de grande taille).

Les lumens doivent être percés à l'aide d'une brosse de nettoyage pour le diamètre correspondant (p. ex. E brosse intérieure 2mm).

Les composants non rigides tels que les écrous, les articulations ou les ressorts doivent être déplacés ou manipulés lors du nettoyage.

Une attention particulière doit être portée aux cavités et aux surfaces cachées !

| Mode d'emploi UB04_retracting_exposing |                                     | FR                                      | UB04                                                     | Page 8 de 13 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| version :<br>3.0                       | Validité :<br>21.10..2024 jusqu'à - | Créé le :<br>18.10.2024 / Roger Klipfel | Validé par la Commission :<br>21.10.2024 / Martin Koller |              |

Les paramètres suivants ont été validés :

| trempage avec pré-nettoyage manuel | Solution désinfectante faiblement alcaline |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Désinfectant                       | deconex 53 Plus, Borer Chemie              |
| Concentration                      | 2% de désinfectant                         |
| Récipient                          | Récipient non spécifié                     |
| Température                        | Eau froide                                 |
| Durée d'application                | 15 minutes                                 |
| Autres aides                       | B Brosse à instruments grande              |
|                                    | D Pince de nettoyage grande                |

## Nettoyage par ultrasons

Après le pré-nettoyage, l'instrument doit être traité pendant 5 minutes dans un bain à ultrasons avec une solution de nettoyage neutre (par ex. 3ml / litre de deconex Prozyme Active, Borer Chemie).

Le bain à ultrasons doit être réglé à 35° Celsius et à 45Hz d'ultrasons.

Les composants non rigides tels que les écrous, les articulations ou les ressorts doivent être déplacés ou manipulés par ultrasons pendant 30 secondes.

Une attention particulière doit être portée aux cavités et aux surfaces cachées !

Les paramètres suivants ont été validés :

| Nettoyage par ultrasons  | Solution de nettoyage neutre         |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Désinfectant             | deconex Prozyme Active, Borer Chemie |
| Concentration            | 3ml / litre de solution de nettoyage |
| Récipient                | Bain à ultrasons                     |
| Température              | 35°                                  |
| Fréquence                | 45Hz                                 |
| Durée d'application      | 5 minutes                            |
| Durée de la manipulation | 30 secondes                          |
| Autres aides             | pas de                               |

## Nettoyage mécanique

### Chargement

Pour le nettoyage des lumières, l'instrument est équipé d'un raccord pour un tuyau. Le tuyau de rinçage prévu à cet effet par l'appareil de nettoyage doit être raccordé à ce raccord de l'instrument. Cela permet de s'assurer que le liquide de rinçage s'écoule à travers l'instrument.

### Pré-rinçage

- avec de l'eau déminéralisée pendant 3 minutes

| Mode d'emploi UB04_retracting_exposing |                                     | FR                                      | UB04                                                     | Page 9 de 13 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| version :<br>3.0                       | Validité :<br>21.10..2024 jusqu'à - | Créé le :<br>18.10.2024 / Roger Klipfel | Validé par la Commission :<br>21.10.2024 / Martin Koller |              |

## Nettoyage avec un composant de nettoyage alcalin doux et un composant de nettoyage enzymatique

- avec de l'eau déminéralisée
- Nettoyage à 55° Celsius pendant 10 minutes
- Dosage du composant de nettoyage alcalin doux (par ex. deconex Twin PH10 à 30° Celsius : 4ml / litre)
- Dosage du composant de nettoyage enzymatique (par ex. deconex Twin Zyme à 40° Celsius : 2ml / litre)

### Rinçage intermédiaire I

- Avec de l'eau de ville chaude (42° Celsius), 1 minute

### Rinçage intermédiaire II

- Avec de l'eau déminéralisée, 1 minute. Définition de la qualité de l'eau déminéralisée :  $\leq 10$  CFU/100 ml

### Désinfection

Désinfection thermique :

- Avec de l'eau déminéralisée, 90° Celsius, au moins 5 minutes. Définition de la qualité de l'eau déminéralisée :  $\leq 10$  CFU/100 ml

### Séchage

Séchage :

- 30 minutes à  $\geq 60^\circ$  Celsius

S'il y a encore de l'humidité résiduelle, un post-séchage peut être effectué dans une étuve à  $\geq 60^\circ$  Celsius +/- 5° Celsius

Les paramètres suivants ont été validés :

|                                                                                                |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pré-rinçage                                                                                    | avec de l'eau déminéralisée pendant 3 minutes                                                                                  |
| Nettoyage avec un composant de nettoyage alcalin doux et un composant de nettoyage enzymatique |                                                                                                                                |
| Nettoyage à 55° Celsius pendant 10 minutes                                                     |                                                                                                                                |
| composant nettoyant alcalin doux                                                               | deconex Twin PH10                                                                                                              |
| Dosage                                                                                         | à partir de 30° Celsius : 4ml / litre, jusqu'à la fin de l'étape de nettoyage                                                  |
| composant de nettoyage enzymatique                                                             | deconex Twin Zyme                                                                                                              |
| Dosage                                                                                         | à partir de 40° Celsius : 2ml / litre, jusqu'à la fin de l'étape de nettoyage                                                  |
| Rinçage intermédiaire I                                                                        | Avec de l'eau de ville chaude (42° Celsius), 1 minute                                                                          |
| Rinçage intermédiaire II                                                                       | Avec de l'eau déminéralisée, 1 minute.<br>Définition de la qualité de l'eau déminéralisée : $\leq 10$ CFU/100 ml               |
| Désinfection thermique                                                                         | Avec de l'eau déminéralisée, 90° Celsius, 5 minutes.<br>Définition de la qualité de l'eau déminéralisée : $\leq 10$ CFU/100 ml |
| Séchage                                                                                        | 30 minutes à 60° Celsius                                                                                                       |

## Stérilisation

Tous les instruments doivent être stérilisés avant d'être utilisés.

Temps de maintien d'au moins 5 minutes à 134° Celsius suivi d'un séchage.

Les paramètres suivants ont été validés :

| Stérilisation      | Stérilisation à la vapeur avec vide fractionné |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Température        | 134° Celsius                                   |
| Durée de détention | 5 minutes                                      |
| Séchage            | 10 minutes                                     |

Lors de la stérilisation, le mode d'emploi du fabricant de l'appareil doit être scrupuleusement respecté pour l'utilisation recommandée.

## Moyens auxiliaires

### Chimie recommandée pour le lavage et la désinfection

<ig>

#### Trempeage et pré-nettoyage

solution désinfectante alcaline douce : 2

- deconex 53 Plus, Borer Chemie

#### Nettoyage par ultrasons

solution de nettoyage neutre : 3ml / litre

- deconex Prozyme Active, Borer Chemie

#### Nettoyage

Composant nettoyant faiblement alcalin

- deconex Twin PH10, Borer Chemie, à 30° Celsius : 4ml / litre

Composant de nettoyage enzymatique

- deconex Twin Zyme, Borer Chemie, à 40° Celsius : 2ml / litre

## Outils de pré-nettoyage

ABrosse à instruments petite

Brosse à instruments grande

CRape de nettoyage petit

DPince de nettoyage grande

Brosse intérieure 2mm

| Mode d'emploi UB04_retracting_exposing |                                     | FR                                      | UB04                                                     | Page 11 de 13 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| version :<br>3.0                       | Validité :<br>21.10..2024 jusqu'à - | Créé le :<br>18.10.2024 / Roger Klipfel | Validé par la Commission :<br>21.10.2024 / Martin Koller |               |

## Service technique/ mesures de maintenance préventives et régulières

Afin de minimiser les risques pour la santé et la sécurité liés à l'utilisation, seules des mesures de maintenance limitées sont autorisées. En cas de dommages, les instruments doivent être éliminés ou envoyés au fabricant pour clarification.



ATTENTION ! <18>

|                                       |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures de maintenance autorisées     | Il est permis d'éliminer les taches de silicate ou d'eau sur le métal au moyen d'un traitement de surface. Il faut alors s'assurer que les informations de traçabilité restent lisibles après le traitement. |
| Mesures de maintenance non autorisées | Il n'est pas permis de replier un dispositif médical déformé.<br>Il n'est pas permis de supprimer les informations de traçabilité visibles sur le dispositif médical.                                        |

Pour la réparation et le reconditionnement, adressez-vous à Ulrich AG. Pour ne pas perdre leur conformité, les instruments ne peuvent être réparés ou reconditionnés que chez Ulrich AG ou chez des partenaires agréés par eux. Cela permet de garantir que les exigences étendues en matière de sécurité des patients sont respectées et documentées, même après une réparation. En cas de réparation par des entreprises qui ne sont pas autorisées à réparer par Ulrich AG, les instruments réparés ne doivent pas être remis en service conformément à l'article 5, point 1 du MDR 2017/45. Cela signifie également qu'un marquage CE de tels instruments n'est pas autorisé.



ATTENTION ! <19>

Les produits défectueux ou non conformes doivent avoir subi l'ensemble du processus de reconditionnement avant d'être renvoyés pour réparation/service.

| Mode d'emploi UB04_retracting_exposing |                                     | FR                                      | UB04                                                     | Page 12 de 13 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| version :<br>3.0                       | Validité :<br>21.10..2024 jusqu'à - | Créé le :<br>18.10.2024 / Roger Klipfel | Validé par la Commission :<br>21.10.2024 / Martin Koller |               |

## Description des symboles utilisés

|                                                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|               | Attention ! Respecter les consignes      |
|               | Respecter le mode d'emploi               |
|               | Numéro d'article                         |
|               | Lot                                      |
|               | Numéro de série                          |
|              | Dispositif médical                       |
|             | Produit livré non stérile                |
|             | Plénipotentiaire dans l'Union européenne |
|             | Fabricant                                |
|  2020-05-26 | Date de fabrication                      |
|             | Conserver au sec                         |
|             | Marquage CE                              |

Ulrich AG  
Mövenstrasse 12  
9015 Saint-Gall  
Tél: +41 71 314 62 62  
Fax: +41 71 314 62 99  
[info@ulrich-swiss.ch](mailto:info@ulrich-swiss.ch)  
[www.ulrich-swiss.ch](http://www.ulrich-swiss.ch)



| Mode d'emploi UBo4_retracting_exposing |                                     | FR                                      | UBo4                                                     | Page 13 de 13 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| version :<br>3.0                       | Validité :<br>21.10..2024 jusqu'à - | Créé le :<br>18.10.2024 / Roger Klipfel | Validé par la Commission :<br>21.10.2024 / Martin Koller |               |